Data wydania: luty 2013

ERHEM

CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ERH 70

Aparat derotujący kończynę dolną

WYTWÓRCA

ERHEM SP. J.
ul. Puszkina 6
39-200 Dębica
Tel./Fax.: (14) 681 23 85
poczta@erhem.pl

ISO 9001:2008 DEKRA Certification DEKRA certyfikat

Zarządzanie Jakością ISO 9001:2008

Systematycznie monitorowany

POLSKI PRODUKT

www.erhem.pl/dzieci

ORTOTYKA DLA DZIECI

ZASTOSOWANIE

- Nadmierna rotacja zewnętrzna lub wewnętrzna całej kończyny dolnej.
- Nadmierna rotacja stopy do wewnątrz oraz na zewnątrz
- Nadmierny wyprost /Przeprost w stawie kolanowym

DZIAŁANIE

Aparat o działaniu sprężynującym. Derotuje nadmierną rotację zewnętrzną lub wewnętrzną w stawie biodrowym oraz stopę względem podudzia.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wygodny system taśm wywierając lekką kompresję na stawy oraz tułów zwiększa ilość bodźców proprioceptywnych (czucia głębokiego), które mogą wpłynąć na poprawę świadomości ruchowej, poczucia stabilnej postawy.
- Poprzez korekcję i stabilizację kończyn oraz tułowia poprawia równowagę,
- Możliwość regulacji siły taśmy derotującej kończynę.
- Zastosowany materiał jest przyjazny dla skóry pacjenta, nie powoduje podrażnień oraz nie ogranicza ruchu,
- Występuje w wersji na jedną lub obydwie kończyny,
- Aparat jest kompatybilny z ERH 69, w połączeniu z którym pełni funkcję kombinezonu zapewniającego pełną stabilizację tułowia, miednicy oraz derotację kończyn.

UWAGI I ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Zalecane jest równoległe prowadzenie rehabilitacji ruchowej pod nadzorem fizjoterapeuty.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortezy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu. Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na www.erhem.pl/dzieci

SKŁAD SUROWCOWY

Guma ortopedyczna, taśmy typu rzep-haczyk

KONSERWACJA

- Prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem , za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

MOŻLIWOŚĆ DEROTACJI KOŃCZYNY DOLNEJ

PRZEZ STOPĘ **(ERH 70 B)** LUB PRZEZ STOPĘ I KOLANO **(ERH 70 A)**

1. Rotacja zewnętrzna biodra i stopy
2. Rotacja wewnętrzna biodra i stopy
3. Rotacja zewnętrzna biodra, wewnętrzna stopy
4. Rotacja wewnętrzna biodra, zewnętrzna stopy



ERH 70 b ERH 70 a

SPOSÓB ZAKŁADANIA NA STOPĘ (1) ORAZ PROWADZENIA TAŚMY DEROTUJĄCEJ (2a LUB 2b)



ODWIEDZENIE PRZYWIEDZENIE

REGULACJA SIŁY DZIAŁANIA TAŚMY DEROTUJĄCEJ

Skrzyżny sposób upięcia przez pośladki ułatwia wyprost w stawie biodrowym oraz wspomaga uzyskanie pozycji wyprostowanej.