

WYTWÓRCA

ERHEM SP. J.
ul. Puzszkina 6
39-200 Dębica
Tel./Fax.: (14) 681 23 85
poczta@erhem.pl



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany

CE



ERH 49

Orteza - Stabilizator stawu skokowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



REHA-PROACTIVE

ERH 49/1

Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy - Sport



ERH 49/2

Orteza stawu skokowego



ERH 49/3

Aparat tulejkowy na podudzie z sandałem



APARAT / ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA
ERH 49, ERH 49/2, ERH 49/3

ZASTOSOWANIE

- Skręcenia i niestabilność stawu
- Naciągnięcia i naderwania w obrębie aparatu więzadłowego
- Zniekształcenia stawu skokowego i przodostopia

DZIAŁANIE

System taśm krzyżowych oraz bocznych usztywnień stabilizuje staw skokowy oraz koryguje jego osiowe ustawienie.

WŁAŚCIWOŚCI

Wszystkie produkty dostosowane są do noszenia w obuwiu. Regulacja długości taśm krzyżowych umożliwia zmianę stopnia unieruchomienia oraz korekcji.

ERH 49/1; ERH 49/2; ERH 49/3

Wyposażone w wyprofilowane łuski stabilizujące bocznie-przyśrodkowo staw skokowy.

ERH 49/1

Skarpetowa forma ortozy zapewnia właściwą kompresję stawu oraz ułatwia szybkie zdejmowanie i zakładanie.

ERH 49

- Orteza wyposażona w boczne metalowe fiszby stabilizujące staw skokowy.
- Orteza w formie skarpetowej, sznurowana na grzbiecie stopy.

UWAGI ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i pod nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktaż zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Długotrwałe stosowanie ortozy może doprowadzić do osłabienia mięśni obejmowanej okolicy, dlatego zalecane jest równoległe prowadzenie rehabilitacji ruchowej pod nadzorem fizjoterapeuty.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.

- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmoczoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu. Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na www.erhem.pl

SKŁAD SUROWCOWY

ERH 49

Tkanina poliestrowa, dzianina poliamidowa, guma ortopedyczna, aluminiowe elastyczne fiszby boczne.

ERH 49/1

Boczne tworzywo sztuczne PE, neopren, elastan, tkanina poliestrowa, guma ortopedyczna.

ERH 49/2; ERH 49/3

Tworzywo sztuczne PE, taśmy typu rzep-haczyk, Wymiękczenie: pianka poliuretanowa pokryta zewnętrznie poliamidową dzianiną welurową, od wewnątrz bawełnianą dzianiną frotte.

KONSERWACJA

- Przed praniem usunąć elementy stabilizujące.
- Elementy miękkie prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem, za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.
- Do elementów plastikowych używać delikatnych detergentów oraz dokładnie splukiwać wodą.

